

LA TUA SICUREZZA NEL NOSTRO STUDIO

Per proteggere i nostri pazienti dall'eventualità di contrarre infezioni crociate seguiamo rigorosi protocolli di disinfezione e sterilizzazione:

- **DISINFEZIONE GIORNAGLIERA DELLO STUDIO** tramite ditta di pulizie certificata e qualificata
- **TRATTAMENTO DELL'ARIA** (microclima) con ricambio continuo.

- **DISINFEZIONE TRA PAZIENTE E PAZIENTE** Dopo aver effettuato la terapia e congedato il paziente tutto lo strumentario utilizzato viene raccolto e ritirato nell'apposita sala dove inizierà il processo di decontaminazione e sterilizzazione. Tutto il materiale monouso e monopaziente, di cui facciamo largo impiego, viene smaltito.

Viene quindi effettuata la disinfezione accurata della poltrona e di tutti gli appoggi della zona operativa.

A questo punto si procede alla copertura con materiale monopaziente del vassoio e delle aree più facilmente contaminabili e viene preparato il nuovo strumentario sterile e monouso.

- **PROCESSO DI STERILIZZAZIONE** Tutta la ferristrica utilizzata viene sottoposta a questa procedura:

- **DECONTAMINAZIONE**

Immersione in liquido disinfettante secondo le prescrizioni del fornitore, spazzolamento manuale e controllo; in tal modo si evita l'essiccamento di residui organici che possono proteggere i microrganismi. La soluzione disinfettante è cambiata quotidianamente.

- **DISINFEZIONE**

Utilizzo dell'apparecchiatura MultiSteril, che procederà automaticamente a effettuare la disinfezione chimica, un primo risciacquo, la detersione in ultrasuoni, un ulteriore risciacquo e l'asciugatura finale.

- **IMBUSTATURA STRUMENTI**

Preparazione dei kit utilizzando buste dotate di un sistema in grado di verificare l'avvenuta sterilizzazione.

- **STERILIZZAZIONE**

Le autoclavi sono destinate a sterilizzare mediante vapore saturo umido. Attraverso la pompa del vuoto si ottiene un ottimale processo di sterilizzazione con una corretta interazione tra il vapore e gli strumenti da sterilizzare anche nelle loro parti cave.

Viene controllato quotidianamente il funzionamento delle autoclavi FARO tramite il TEST CHECK DEL VAPORE per la verifica del raggiungimento delle condizioni necessarie affinché il processo di sterilizzazione si realizzi correttamente.

Mensilmente viene effettuato il TEST BIOLOGICO CON SPORE che attesta la completa eliminazione di batteri e virus e i TEST DI BOWIE & DICK ed HELIX TEST, che rispettivamente testano la penetrazione del vapore nel carico poroso e la penetrazione del vapore nei carichi cavi.

- **STOCCAGGIO**

- **STOCCAGGIO STRUMENTARIO**

Gli strumenti vengono imbustati singolarmente o in numero ridotto e lo spazio di mantenimento dei pacchi sterili è chiuso; dopo il ciclo di sterilizzazione su ogni busta viene apposta la data: allo scadere del mese il materiale viene nuovamente imbustato ed autoclavato.

- **DISINFEZIONE DUE VOLTE AL GIORNO (mezzogiorno e sera) DELLA RETE IDRICA E TUBI RIUNITO**

- Disinfezione filtri e raccordi aspirazione
- Riposizionamento dei filtri e dei raccordi puliti e disinfezione del circuito di aspirazione